

**INDICAÇÃO:**

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

**CONTRAINDICAÇÕES:**

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

Conservar ao abrigo de luz e calor.

Somente para uso odontológico.

Utilizar tabela de articulação e escala de cor ECODENT.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com removedor de ceras.

Recomendações ao paciente : Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

**CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS:**

- Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
- Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
- Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
- Cumpre ISO 22112.

**MODELOS:****Anteriores Superiores:**

3M, 2D, 1D, 3D, 2N, 3N, 263, 3P, A23, A25, A26, 2P, 264, 133, 266 e 38.

**Anteriores Inferiores:**

3M, 2D, 3D, 2N, 3N, 3P, A25, A26, 2P e 266.

**Posteriores Superiores e Inferiores:**

30M, 32M, 30L, 32L e 34L.

**CORES:**

60, 62, 65\*, 66, 67, 69, 77\*, 81\*

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, C2, C3, D3, BL2, BL3

**COMPOSIÇÃO:**

Polimetilmetacrilato

Dimetacrilato de Etilenoglicol

Fluorescente

Pigmentos Biocompatíveis

Aditivo Orgânico

**VALIDADE:**

10 anos a partir da data de fabricação.

**ANVISA N°:** 82426979002

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Jéssica Augusto.

CRQ IV-04270957

**TABELA DE ARTICULAÇÃO**

ANTERIOR	POSTERIORES
2D - 2D	30L - 30M
3D - 3D	30M - 32M
3M - 3M	30M
2N - 2N	30L
3N - 3N	30L - 32M
2P - 2P	32L - 34L
3P - 3P	32L - 32M
A25 - A25	30M - 32M
A26 - A26	32M
263 - 2N	30L - 30M
264 - A25	32L - 32M
266 - 266	34L
38 - 266	34L
1D - 3M	30M
133 - 3M	30M
A23 - 3M	30M

**ATENÇÃO:** Utilize nossos canais gratuitos de atendimento para obter a correlação entre o produto fornecido e a versão da instrução de uso correspondente. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao serviço de atendimento ao cliente (SAC) por meio do 0800 058 8888.

\*Consulte disponibilidade.

**INDICATION:**

For use in permanent or removable, total or partial dentures, overdentures, crowns or temporary bridges.

**CONTRAINDICATIONS:**

There are no known adverse side effects, when the product is used following the usual procedures.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS:**

Keep away from light and heat.

For dental use only.

Use the Ecoden shade guide and articulation table.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

Follow the usual procedures for selection, assembly, articulation, acrylization, microbiological control and maintenance of the denture, as well as for individual protection.

For better adhesion of the teeth to the polymer base of the prosthesis, remove the brightness from the base of the tooth with an abrasive tool. After insulation of the flask and before application of the resin, clean the base of the teeth with wax remover.

Recommendations for the patient: To increase durability of the teeth, daily hygiene is recommended without use of aggressive substances, like acids or alkalis.

**CHARACTERISTICS / BENEFITS:**

- Pressing of 2 layers, providing a natural appearance.
- Produced through CAD-CAM steel moulds, with great symmetry and details.
- American model set compatible with diverse age group and with better anatomical adjustment.
- Manufacture with selected raw materials, compatible to those of the denture base, improving its adhesion.
- High stability of colors, with more natural colors.
- Biocompatible pigments
- With fluorescence, providing natural look and a realistic appearance.
- Complies with ISO 22112

**MODELS:****Upper Anterior:**

3M, 2D, 1D, 3D, 2N, 3N, 263, 3P, A23, A25, A26, 2P, 264, 133, 266 and 38.

**Lower Anterior:**

3M, 2D, 3D, 2N, 3N, 3P, A25, A26, 2P and 266.

**Upper and Lower Posterior:**

**ATTENTION:** Use our free support channels to obtain the correlation between the purchased product and the corresponding usage instruction version. To obtain, free of charge, these Instructions for Use in printed format, ask the customer service (SAC) on 0800 058 8888.

30M. 32M. 30L. 32L e 34L.

**SHADE:**

60,62,65\*,66, 67,69,77\*,81\*

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3, D3, BL2, BL3

**COMPOSITION:**

Polymethylmethacrylate  
Ethylene glycol Dimethacrylate  
Fluorescent  
Biocompatible Pigments  
Organic additive

**SHELF LIFE**

10 years as of the date of manufacture

**ANVISA N°:** 82426979002

**TECHNICAL RESPONSIBLE:**

Jéssica Augusto.  
CRQ IV-04270957

ARTICULATION CHART	
ANTERIOR	POSTERIORES
2D - 2D	30L - 30M
3D - 3D	30M - 32M
3M - 3M	30M
2N - 2N	30L
3N - 3N	30L - 32M
2P - 2P	32L - 34L
3P - 3P	32L - 32M
A25 - A25	30M - 32M
A26 - A26	32M
263 - 2N	30L - 30M
264 - A25	32L - 32M
266 - 266	34L
38 - 266	34L
1D - 3M	30M
133 - 3M	30M
A23 - 3M	30M

**INDICACIÓN:**

Para uso en prótesis dental total o parcial, fija o removible, overdentures, coronas o puentes temporales.

**CONTRAINDICACIONES:**

No existen efectos colaterales adversos conocidos, cuando el producto es utilizado según los procedimientos usuales.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

Conservar protegido de luz y calor.

Solo para uso dental.

Utilice la guía de colores y tabla de articulación Ecodent

**INSTRUCCIONES DE USO:**

Seguir los procedimientos usuales para elección, montaje, articulación, acrilización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, así como para protección individual.

Para mejor adhesión de los dientes al polímero de la base de la prótesis, quitar el brillo de la base del diente con una herramienta abrasiva.

Tras aislamiento de la mufla y antes de la aplicación de la resina, limpiar la base de los dientes con removedor de ceras.

Recomendaciones al paciente: Para aumentar la durabilidad de los dientes, se recomienda una higienización diaria sin uso de sustancias agresivas, como ácidos os álcalis.

**CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:**

- Prensado de 2 capas, propiciando un aspecto natural.
- Producidos en matrices de acero hechas a través de la tecnología CAD/CAM, con mayor simetría y detalles.
- Modelo americano compatible con diversos rangos de edad y con mejor ajuste anatómico.
- Fabricados con materias primas seleccionadas y compatibles con la base de la prótesis, lo que la hace adherirse mejor a la base.
- Alta estabilidad de colores, con colores más naturales.
- Pigmentos biocompatibles.
- Con fluorescencia, propiciando un aspecto natural.
- Cumple con ISO 22112

**MODELOS:****Anteriores Superiores:**

3M, 2D, 1D, 3D, 2N, 3N, 263, 3P, A23, A25, A26, 2P, 264, 133, 266 and 38.

**Anteriores Inferiores:**

3M, 2D, 3D, 2N, 3N, 3P, A25, A26, 2P and 266.

**Posteriores Superiores e Inferiores:**

30M, 32M, 30L, 32L e 34L.

**COLORES:**

60,62,65\*,66,67,69,77\*,81\*

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, C2, C3, D3, BL2, BL3

**COMPOSICIÓN:**

Polimetilmetacrilato

Dimetacrilato de Etilenglicol

Fluorescente

Pigmentos Biocompatibles

Aditivo Orgánico

**VALIDEZ:**

10 años a partir de la fecha de fabricación

**ANVISA Nº:** 82426979002

**RESPONSABLE TECNICO:**

Jéssica Augusto

CRQ IV - 04270957

TABLA DE ARTICULACIÓN	
ANTERIOR	POSTERIORES
2D - 2D	30L - 30M
3D - 3D	30M - 32M
3M - 3M	30M
2N - 2N	30L
3N - 3N	30L - 32M
2P - 2P	32L - 34L
3P - 3P	32L - 32M
A25 - A25	30M - 32M
A26 - A26	32M
263 - 2N	30L - 30M
264 - A25	32L - 32M
266 - 266	34L
38 - 266	34L
1D - 3M	30M
133 - 3M	30M
A23 - 3M	30M

**ATENCIÓN:** Utilice nuestros canales de soporte gratuitos para obtener la correlación entre el producto adquirido y la versión de instrucciones de uso correspondiente. Para obtener, de forma gratuita, estas Instrucciones de Uso en formato impreso, solicítelas al servicio de atención al cliente (SAC) en el 0800 058 8888.